

nr sprawy: ZZP.261.1.2018

Kraków, dn. 08.01.2018 r.

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2017r. pod numerem 637086-N-2017 na Dostawę skanerów z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego z obsługą serwisową w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

### Pytanie 1

Wskazane w SIWZ wymogi w tytułowym postępowaniu dla części 4 - urządzenie wielofunkcyjne, są spełnione tylko przez urządzenie jednego producenta. Działając na podstawie art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oznajmiam, że opis przedmiotu zamówienia w niniejszej procedurze został przez Zamawiającego sporządzony w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający opisał przedmiot zamówienia odwołując się do parametrów technicznych wskazując urządzenia konkretnego producenta, przez co eliminuje z udziału w postępowaniu innych potencjalnych wykonawców.

Przepis art. 29 ust. 2 zakazuje nie tylko wskazania konkretnego produktu przez użycie oznaczeń konkretnego producenta lub produktu (dyskryminacja bezpośrednia), ale również posługiwania się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub produkt (dyskryminacja pośrednia).

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach, co pozwoli zaoferować w postępowaniu urządzenie, co najmniej jeszcze jednego producenta urządzeń.

1. Prędkość skanowania: minimum 220 obrazów na minutę (obecnie: minimum 240 obrazów na minutę)
2. Podajnik: automatyczny, jednoprzebiegowy podajnik oryginałów RADF DualScan na minimum 270 arkuszy 80 g/m<sup>2</sup> (obecnie: minimum 300 arkuszy 80 g/m<sup>2</sup>)
3. Podajnik: ręczny ...obsługujący formaty do SRA3 i tzw. banery do długości min. 1219 mm... (obecnie: 1200 mm)
4. Zoom: zoom w zakresie 25-400% co 1% (obecnie: 0,1%)
5. Rodzaj skanera: skaner sieciowy do serwera FTP, HDD, e-Mail, USB, prędkość skanowania minimum 220 obrazów/minutę (obecnie: 240 obrazów/minutę)
6. Panel sterowania: dotykowy panel sterowania, przekątna minimum 7" (obecnie: minimum 10")
7. Oprogramowanie: kontroler druku: emulacja KPDL3 - zgodny z PostScript3 (obecnie: oryginalny Adobe PostScript3 (nie emulacja)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Parametry urządzenia określone przez Zamawiającego stanowią wymogi funkcjonalne, niezbędne do sprawnej realizacji założeń projektowych. Ponadto, z rozeznania przeprowadzonego przez Zamawiającego, wynika, że określone w specyfikacji parametry spełniają więcej niż jeden producent. Ponadto wskazane przez Zamawiającego parametry są parametrami standardowymi dla tego rodzaju profesjonalnych urządzeń a zatem nie mogą być uznane za nadmiernie wygórowane w odniesieniu do celów projektowych czy naruszające zasadę równej konkurencji w obliczu oferowania urządzeń o wskazanych parametrach przez różnych producentów sprzętu.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę następujących parametrów w załączniku nr 2.4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Urządzenie wielofunkcyjne

- pkt.3 prędkość skanowania z minimum 240 obrazów na minutę na minimum 200 obrazów na minutę
- pkt.5 automatyczny jednorzebiegowy podajnik oryginałów RADF z minimum 300 arkuszy na 150 arkuszy oraz podajnik ręczny z min. 150 arkuszy na min. 100 arkuszy obsługujący formaty do SRA3 i tzw. banery do długości min. 1200 mm oraz gramatury do min. 300g/m<sup>2</sup>
- pkt.7 obsługa gramatur z minimum w zakresie 52-300g/m<sup>2</sup> na minimum w zakresie 55-300g/m<sup>2</sup>

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o niższych niż wymagane, , a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. Parametry urządzenia określone przez Zamawiającego stanowią wymogi funkcjonalne, niezbędne do sprawnej realizacji założeń projektowych.

Z poważaniem,

**Anna Roessler**  
specjalista  
ds. zamówień publicznych